

質疑回答書

(件名) 市立東大阪医療センター核医学診断用検出器回転型SPECT装置本体他 一式

No	資料名	項目/ページ等	質問事項	質問の意図	回答
1	仕様書	1-7-21	コンソールを備える場合はジェイマックスシステム社のXTrek Fusion Workstationを提案した場合、仕様を満たしているか。 PET/CT装置等で、仕様項目に該当する頭部や心臓領域の画像処理で実績があると考え。	仕様書内で明記されている仕様に対応しているか確認のため	満たしています。
2	仕様書	1-7-22	コンソールを備える場合は PMOD社が販売する複数モジュールの中から、PFUS(画像の重ね合わせ)、PNUERO(解剖学的標準化+AALアトラス)、PBAS(VOI解析等の基本画像解析機能)の組み合わせを提案した場合、仕様を満たしているか。	仕様書内で明記されている仕様に当該品が仕様を満たしているか確認が必要のため。	満たしています。
3	仕様書	1-11-5	入札の札入れの際には装置本体価格と保証期間終了後の5年間分フルメンテナンスの保守価格を合わせた金額を応札する認識でよろしいか。 また、1-7-21および1-7-22項で別途コンソールでご提案する場合、こちらの5年間分フルメンテナンス費用を含む金額で応札する認識でよろしいか。	応札方法に関して認識の間違いがないか確認のため。	お見込みのとおり
4					
5					

※1 色付きセルに必要事項を記入すること。

※2 質問項目欄に不足があれば、適宜行挿入し、項目欄を増やして使用すること。